

GELIT1.RU / ПРОДУКЦИЯ

Внутренняя течь КТК.ИЗ.003

Заправляемая контрольная течь для восстановления внутренней калибровки Pfeiffer ASM

Встроенные контрольные течи

Внутренняя калибровка

Посадочное место Pfeiffer ASM



КТК.ИЗ.003 предназначена для замены внутреннего источника контрольного потока в совместимых течеискателях Pfeiffer ASM. Фактический поток, температура калибровки и совместимость должны быть подтверждены для поставляемого экземпляра и ревизии прибора.

Актуальная карточка изделия: <https://gelit1.ru/catalog/ktk-iz-003/>

Технические данные

Ориентир по потоку	порядка $1 \cdot 10^{-8}$ Па·м³/с; фактическое значение по документу
Назначение	Внутренняя калибровка течеискателя
Совместимость	ASM 142, ASM 310, ASM 340; другие модели - по согласованию
Исполнение	Заправляемая конструкция
Рабочий газ	Гелий
Комплектность	Течь, технический паспорт, документ калибровки
Страна производства	Россия

Области применения

- восстановление автоматической внутренней калибровки
- замена выработавшего ресурс контрольного элемента
- сервисное обслуживание совместимых течеискателей ASM

Как выбрать и заказать

- Перед заказом укажите точную модель и ревизию течеискателя.
- Сверьте посадочное место, электрические и механические элементы штатного узла.
- После замены выполните процедуру изготовителя прибора и внешнюю контрольную проверку.

Границы применения данных

- Значение около $1 \cdot 10^{-8}$ Па·м³/с является ориентиром, а не паспортом экземпляра.
- Внутренняя течь не проверяет внешний вакуумный тракт и присоединения.
- Совместимость нельзя определять только по названию серии ASM.

Основание данных

Данные изготовителя; совместимость требует проверки ревизии прибора

- Технические данные изготовителя КТК.ИЗ.003
- Документ калибровки поставляемого экземпляра
- Сервисная документация конкретной модели ASM

Связанные материалы

- Pfeiffer 109241 / E084
- Внешняя и встроенная течь
- Проверка течеискателя

Важно

Этот каталог помогает выбрать исполнение, но не заменяет паспорт, документ калибровки или свидетельство о поверке конкретного экземпляра. При расхождении приоритет имеет документ поставляемого изделия.