

GELIT1.RU / ПРОДУКЦИЯ

Встроенные течи Pfeiffer 109241 / E084

Оригинальные внутренние контрольные течи для течеискателей Pfeiffer ASM

Встроенные контрольные течи

Внутренняя калибровка

Штатное посадочное место ASM



109241 и E084 - разные исполнения оригинальных встроенных контрольных течей Pfeiffer. Перед заказом необходимо сверить каталожный номер, модель и ревизию прибора; документ калибровки относится к конкретному элементу.

Актуальная карточка изделия: <https://gelit1.ru/catalog/pfeiffer-109241-e084/>

Технические данные

Каталожные обозначения	109241 / 2000049790; E084 / 121528S
Диапазон 109241	от $1 \cdot 10^{-9}$ до $1 \cdot 10^{-8}$ Па·м³/с при 20 °C
E084	Значение потока - по документу конкретного экземпляра
Погрешность 109241	±15 %
Температурная поправка 109241	$(3 \pm 0,5) \cdot 10^{-2}$ 1/°C
Совместимость 109241	ASM 122, ASM 142, ASM 310
Присоединение	Штатное посадочное место прибора
Рабочий газ	Гелий высокой чистоты
Изготовитель	Pfeiffer Vacuum

Области применения

- автоматическая самопроверка течеискателя
- внутренняя калибровка измерительного тракта
- сервисная замена штатного контрольного элемента

Как выбрать и заказать

- Сверьте каталожный номер на снятом элементе и в сервисной документации.
- Не объединяйте параметры 109241 и E084 без документа конкретного исполнения.
- Уточните наличие и статус метрологического документа при поставке.

Границы применения данных

- Встроенная течь не подтверждает герметичность внешнего тракта.
- Срок службы зависит от экземпляра, хранения и режима эксплуатации.
- Маркировка и документ калибровки имеют приоритет над сводным каталогом.

Основание данных

Данные производителя и документы конкретного исполнения

- Данные Pfeiffer Vacuum по соответствующему каталожному номеру
- Методика поверки МП 231-0013-2011 - при оформлении поверки
- Маркировка и документ конкретного экземпляра

Связанные материалы

- КТК.ИЗ.003
- Внешняя и встроенная течь
- Каталог встроенных течей

Важно

Этот каталог помогает выбрать исполнение, но не заменяет паспорт, документ калибровки или свидетельство о поверке конкретного экземпляра. При расхождении приоритет имеет документ поставляемого изделия.